



VERBINDUNGSSTECKER-AUSWAHL

BÜGELMANSCHETTE L-XL


Schritt 1:
Farbe des Manschettenanschlusses am Messgerät prüfen



Schritt 2:
Farblich passenden Anschlussstecker auswählen



Zusatz Tipp: Angaben auf dem Geräteetikett prüfen



aponorm® Basis 2G (BP3MD1-1)
 aponorm® Basis Plus 2G (BP3MD1-3D)
 aponorm® Basis Voice 2G (BP3AP1-3E)
 aponorm® Basis Control 2G (BP3GU1-6L)
 aponorm® Basis Control 4G (BP3KA1-3N)
 aponorm® Basis Control Plus 4G (BP3KT1-4F)
 aponorm® Basis Control Plus^{Offizin} 4G (BP3KT1-4F)
 aponorm® Professionell 2G (BP3MC1-2X)



aponorm® Professional Control 4G (BP3KT1-3N)



aponorm® Basis Control 3G (BP3GQ1-3P)
 aponorm® Basis 3G (BP3GU1-6L)
 aponorm® Basis Plus 3G (BP3GU1-6E)
 aponorm® Basis Plus Bluetooth 3G (BP3GU1-6B)
 aponorm® Professional 3G (BP3GU1-8Y)
 aponorm® Professional Touch 3G (BP3GT1-6Y)



aponorm® Basis Control Plus  4.5G (BPHJB2-D)

Hinweis:

Aktualisierungen dieser Liste sind möglich.
 Updates über den QR-Code.



www.aponorm.de/
 manschetten

CuffConnectorcard_BP_WEPA_048213_ManschetteLXL_3925
 Revision Date: 2025-09-24